

Döküman Kodu: AH.FR.09	Yayın Tarihi: 13.01.2021	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 00	Sayfa No: 1/1		
TARİH:	RADYOLOJİ			DOĞUMHANE		
Havayolu için gerekli ekipmanlar uygun ve yeterli. (Maske,airway,laringoskop,entübasyon tüpleri,mandren vs.)						
Acil durum ekipman ve ilaçları hazır. (Ambu , eğitim verilebilen sedye , adrenalin vs.)						
Anestezi cihazı kontrolü yapıldı uygun. (Sirkulatuar sisteme çift balon testi uygulaması,soda lime uygunluğu)						
Aspirasyon için vakum sistemi çalışıyor.						
Oksijen kaynağı bulunuyor.						
SpO ₂ ve kalp atım hızının monitörizasyonu için PulseOksimetre var						
Yeterli sayıda topraklı priz , Işıklandırma mevcut.						
Hastaya uygulanan sedasyonla ilgili bilgilendirme yapılmış onam alınmıştır						
Sedasyon öncesi ön değerlendirme kayıt altına alınmıştır						
Sedasyon sonrası uygun takip kayıtları mevcut.						
Ameliyathane dışı anestezi/sedasyon/girişim hasta güvenliği (time out) yapılmıştır.						
Hekim ve hemşirenin sedasyon eğitimi var						
Hekim ve hemşire CPR eğitimi almıştır.						

Kontrol Eden Anestezi Doktoru

İmza